

仕 様 書

1 品名及び数量 超音波骨密度測定装置 2式

2 仕様及び機能

項 目	内 容
機器の構成	超音波骨密度測定装置 2式 (1式の内訳) ① 超音波骨密度測定装置 (富士フイルムヘルスケア製 AOS-100SA) 1台 ② コンソールソフト V4.00 (KOW-AOS-100SA-0013) 1個 ③ AOS-100SA コンソール (AOS-100SA コンソール) 1台 ④ AOS-100SA 型キャリングケース (アルミトランク) 1個
仕 様	上記①の仕様 測定対象：踵骨 測定方法：超音波パルス透過法 (中心周波数 約 0.5MHz) 測定項目：S O S (音速), B U A (広帯域超音波減衰), O S I (音響的骨評価値), T I (透過指標), 踵幅, B U A / 踵幅 測定時間：約 2 秒 (セッティング、印字時間を除く) 測定精度：C. V. 2.0%以下 (一様な樹脂のブロック測定時) 電 源：A C 100V 50/60Hz 40VA 以下 寸 法：32(W) × 53(D) × 27(H) cm 医療機器の種別：管理医療機器 (クラス II)、特定保守管理医療機器

3 その他事項

- (1) 上記内容を満たすか入札参加資格確認申請書を提出する前に納入担当者へ事前協議すること。
- (2) 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品に当たっては、事故等が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、発注者に連絡を行い協議すること。
- (3) 運搬・発送費用等、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。
- (4) 受注者は、設置の際に、発注者の建物等への被害を与えた場合は責任をもって補修すること。
- (5) 開梱した梱包材等は受注者が回収し、適法に処分すること。
- (6) 納入の時期・場所等については、必ず事前に協議の上、発注者の指示に従うこと。
- (7) 納入先へ機器マニュアルを提供すること。
- (8) 納入の時期等については、必ず事前に協議の上、発注者の指示に従うこと。
- (9) この仕様書に定めのない事項については、発注者と協議の上決定すること。

4 納入場所

静岡社会健康医学大学院大学 (静岡市葵区北安東 4 丁目 27 番 2 号) において検収後、大学内の発注者が指定する場所へ納品

5 納入期限 令和 5 年 5 月 19 日 (金) 厳守

6 保証期間

本機器納品検査受領後 1 年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 納入担当者

所属：事務局 教務課教務室 / 職氏名：教務室長 梅原建史

MAIL：kyomu@s-ph.ac.jp / TEL：054-295-5401